

BioTech a.s. Tymiánová 619/14, Praha 10	IQ/OQ Dokumentace Labconco Freeze Dry system Model: 7755030 S.n. 070165949 B	Vydání č.: 1 Revize č.: A Datum: 20.08.2009 List: 1/1
---	---	--

BioTech, a.s., Služeb 4 , 108 52 Praha 10

vydává na základě provedené instalace systému

IQ/OQ Dokumentaci

Zákazník:

.....

.....

Zařízení: Freeze Dry System
Výrobce: Labconco
Model: 7755030
Sériové číslo:

Pro ověření technických parametrů stanovených v přiložené dokumentaci byly použity níže uvedené měřicí přístroje.

Měřidlo: GTH 175 / Pt DIGITALTHERMOMETER
Výrobce: GREISINGER elektronik
Číslo kalibračního listu: 1012-KL-5708-06

Měřidlo: ALMEMO®2690
Výrobce: Almemo
sériové č. sondy : FD821411A, měř.rozsah: 0 až 6 bar absol., přesnost: +/-0,5%
Číslo kalibračního listu: 1034-KL-2108-09

Metoda ověření: Dle dokumentace: Labconco No: 1059500 Rev.A – ECO D903

Dne xx.xx.2009 byla provedena instalace systému Freeze Dry System s.n. xxxxxx. Instalace, zprovoznění a ověření systému bylo provedeno podle IQ/OQ Protocol fy Labconco.

Během instalace nebyly zjištěny žádné závady na zařízení a všechny měřené veličiny odpovídaly hodnotám dokumentace. Protokol je řádně vyplněný a slouží jako doklad provedené instalace a kvalifikace.

Příloha: IQ/OQ Protocol

Datum instalace: xx.xx.2009

Instalaci provedl: